

植込み型補助人工心臓(HeartMate3)保守委託 仕様書

市立宇和島病院における医療機器等の保守点検等について、市立宇和島病院を「甲」、受託者を「乙」として、次のとおり仕様を定め業務を委託する。

記

第1 対象機器

製造会社 : ニプロ株式会社
機器名称 : 植込み型補助人工心臓 HeartMate3
交換部品 : 交換部品一覧表のとおり

第2 委託期間

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

第3 契約条件

- 1 契約期間中は、常に機器を良好に使用できる状態を維持するため以下を行うこと。
 - ・交換部品の提供
 - ・使用者の過失によらない交換部品の破損・故障の無償交換ただし、以下の場合を除く
 - ・交換部品の改造、分解をした場合
 - ・火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障の場合
 - ・上記以外で製造、販売者の責に帰することのできない原因により故障した場合
- 2 保守、部品交換は製造者の定める保守項目等に従い実施すること。
- 3 委託料の支払いは、次のとおり支払うものとする。なお、甲は乙から提出された支払請求書を審査し、適法と認定したときに支払請求書を受理したものとする。
 - ・甲による指導管理料の算定対象である植込み(装着)患者を対象とする
 - ・部品交換の実施を問わず毎月払い
 - ・ただし、植込み手術を実施した場合は、実施の翌月を起算月とし起算月を含め3ヶ月目から支払い、以降4ヶ月目からは毎月1日時点での植込み(装着)患者を請求対象とする
- 4 保守は、植込み患者の心臓移植等によるHeartMate3の使用を中止した場合、当該植込み(装着)患者についての契約を停止する。
- 5 保守契約にかかる使用済みの交換部品は甲により適切に処分する。

6 本業務について再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う予定者を定めるとともに、履行について証明できる書類を添付すること。

7 本仕様書に定めのない事項については、双方の協議のうえ、その都度決定する。

交換部品一覧表

コード	部品名	数量	交換時期
80-503	バッテリーチャージャ	1台	使用開始から2年おき
80-505	バッテリー (4個/箱)	2箱	製造日から3年おき
80-506	バッテリークリップ (2個/箱)	1箱	使用開始から2年おき
80-527	電源コード(バッテリーチャージャ用)	1本	使用開始から1年おき
80-582	HM3 システムコントローラ	1台	使用開始から3年おき
80-563	モバイル電源ユニット	1台	使用開始から2年おき
80-568	PC シャワーバッグ (2個/箱)	1箱	使用開始から2年おき
80-569	PC キャリングバッグ右	いずれか	使用開始から1年おき
80-570	PC キャリングバッグ左	1個	
80-572	MPU 電源コード	1本	使用開始から1年おき
80-573	PC 予備バッテリー	2個	製造日から3年おき
80-538	ドライブライン固定ベルト S/M (2個/箱)	いずれか	使用開始から1年おき
80-539	ドライブライン固定ベルト L/XL (2個/箱)	3箱	

※ニプロ㈱ HeartMate3 保守(オプションあり)