

モバイル型DR撮影装置保守点検業務委託仕様書

市立宇和島病院における医療機器等の保守（点検／管理）について、市立宇和島病院を「甲」、受託者を「乙」として、次のとおり仕様を定め業務を委託する。

第1 対象機器/システム

製造会社 : 富士フイルムメディカル(株)
機器名称 : Console Advance(モバイル仕様)
台数構成 : 1式(別紙納入明細のとおり)
設置場所 : 放射線科
取得年度 : 平成29年1月31日(下記以外)
令和4年3月18日(画像処理ユニット)

第2 委託期間

令和6年5月1日 ~ 令和7年4月30日

第3 契約条件

1 契約期間中は、常に契約機種を良好に使用できる状態を維持するため次の保守及び点検を行うこと。

① 定期点検

オンサイト定期点検 年間1回

② オンコール対応

随時

③ 故障・修理保証

・FPD通常故障

DR CALNEO Smart C12/ S47 全額保証

・FPD過失故障

落下時の甲起因による故障 1年間対象号機全体、2回まで全額保証

3回目以降保障に応じた費用請求

・FPDを除く部品保証(バッテリーを除く)

全額保証

・Console Mobile本体・APキット

全額保証

2 乙は、業務等が完了したときは、速やかに甲の担当者へその旨を報告するとともに、乙の所定の様式により報告書を提出すること。

3 委託料の支払いは、次のとおり支払うものとする。なお、甲は乙から提出された支払請求書を審査し、適法と認定したときに支払請求書を受理したものとする。

定期点検終了後一括払 (令和6年度) 1回

4 乙は、本契約の履行にあたり、乙の責により、甲（第三者を含む）への財産物への損失、損害、又は身体的損害を与えた場合は、乙はこれを負担するものとする。ただし、機器の停止に伴う甲（第三者を含む）への間接的損害、損失、試験者等への補償はこれを負担しないものとする。

5 本業務について再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う予定者を定めるとともに、履行について証明できる書類を添付すること。

6 本仕様書に定めのない事項については、双方の協議のうえ、その都度決定する。

(別紙) 納入明細

no	物品名	仕様・規格	メーカー・型番	数量
1	画像処理ユニット	DR用制御装置	富士フィルムメディカル(株) Console Advance (モバイル仕様)	1
2	デジタルラジオグラフィ	C12 (四切)	富士フィルムメディカル(株) DR CALNEO Smart C12	1
3	デジタルラジオグラフィ	S 4 7 (半切)	富士フィルムメディカル(株) DR CALNEO Smart S47	1
4	MCソフトウェア	Smart 用	富士フィルムメディカル(株)	1
5	バッテリー	Smart 用	富士フィルムメディカル(株)	1
6	ドッキングスタンド	チャージャー添付	富士フィルムメディカル(株)	1
7	S E ケーブル	Smart 用	富士フィルムメディカル(株)	1
8	Mini APキット	ドッキングスタンド間	富士フィルムメディカル(株)	1