

外科用内視鏡システム保守点検業務委託仕様書

市立宇和島病院における医療機器等の保守点検について、次のとおり仕様を定め業務を委託する。

記

第1 対象機器

	製品型番	BodyNo	納入年月日	修理保障カテゴリ	点検カテゴリ
1	CLL-S700	7403087	2024年7月26日	プロセッサ・光源・EUS	プロセッサ・光源・EUS
2	OTV-S700	7403167	2024年7月26日	プロセッサ・光源・EUS	プロセッサ・光源・EUS
3	LTF-S190-5	2426278	2024年7月26日	先端湾曲タイプ ビデオスコープ	先端湾曲タイプ ビデオスコープ
4	LTF-S190-10	2444937	2024年7月26日	先端湾曲タイプ ビデオスコープ	先端湾曲タイプ ビデオスコープ
5	LTF-S190-10	2444942	2024年7月26日	先端湾曲タイプ ビデオスコープ	先端湾曲タイプ ビデオスコープ
6	CH-S700-XZ-EA	7413152	2024年7月26日	VISERA ELITE Ⅲ世代カメラヘッド	カメラヘッド
7	CH-S700-XZ-EA	7413207	2024年7月26日	VISERA ELITE Ⅲ世代カメラヘッド	カメラヘッド
8	WA31000A	800880	2024年7月26日	硬性鏡	硬性鏡
9	ESG-410	103349	2024年7月26日	エネルギー機器	エネルギー機器
10	ESG-410	103352	2024年7月26日	エネルギー機器	エネルギー機器
11	WA31000A	800811	2024年2月29日	硬性鏡	硬性鏡

第2 委託期間

令和8年8月1日 ～ 令和9年7月31日

第3 契約条件

- 1 契約期間中は、常に契約機種を良好に使用できる状態を維持するため次の点検を行うこと。
定期保守点検 1回
- 2 点検は、製造会社の定める定期点検整備項目に従って実施すること。
- 3 受注者は、点検実施日時等については、病院の業務に支障のないよう発注者と受注者とが協議のうえ、その都度決定することとし、その内容は速やかに発注者へ報告すること。
- 4 受注者は、保守点検等が完了したときは、速やかに発注者の担当者へその旨を報告するとともに、受注者の所定の様式により報告書を提出すること。
- 5 定期点検のほか、緊急に修理を要する時には、発注者の申請により受注者が緊急に出張し、速やかに点検、調整、修理等を行うこと。
- 6 本契約の対象となる、修理及び修理部品、消耗品等は次のとおりとする。

修理・交換部品	無償（対象機器のみ）
代替品の貸出	無償（対象機器のみ）
- 7 委託料の支払いは、次のとおり支払うものとする。なお、発注者は受注者から提出された支払請求書を審査し、適法と認定したときに支払請求書を受理したものとする。
令和8年度 1回支払い
- 8 受注者は、本契約の履行にあたり、受注者の責により、発注者（第三者を含む）への財産物への損失、損害、又は身体的損害を与えた場合は、受注者はこれを負担するものとする。ただし、機器の停止に伴う発注者（第三者を含む）への間接的損害、損失、試験者等への補償はこれを負担しないものとする。
- 9 本業務について再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う予定者を定めるとともに、履行について証明できる書類を添付すること。
- 10 本仕様書に定めのない事項については、双方の協議のうえ、その都度決定する。