

質 疑 回 答 書

令和 8 年 6 月 19 日

調達機器名：頭腹部用血管造影診断装置

番号	資料名及び 資料内容	質 問	回 答
1	仕様書 【別紙】 2-7	左記項目に関して当社スペックは横手方向に36cmの為、仕様満たさず削除願います。	「2-7」を「@」に変更、本文を「最大撮影領域は横手方向に190cm以上である場合は加点として評価する。」に変更いたします。
2	仕様書 【別紙】 4-5	左記項目に関して当社スペックは275kgの為、仕様満たさず削除願います。	不測の緊急処置の際における想定です。患者自重に加え圧迫対応者および患者の抑制のスタッフの荷重、その他器具の重量を想定した荷重による代替策となります。本文後段を「要件を満たさない場合は寝台荷重の負担を減らすべく対応するための機材等を付属すること。」に変更いたします。
3	仕様書 【別紙】 4-9	左記項目に関して当社は自社製品を有しておりません。仕様満たさず削除願います。	自社製品を有するメーカーは当院の知る限りでは存在しておりません。仕様書のとおりで願います。
4	仕様書 【別紙】 10-2-2	左記項目に関して当社スペックは1,560×1,420の為、仕様満たさず削除願います。	「マトリクスは1,560×1,420以上であること。」に変更いたします。
5	仕様書 【別紙】 10-2-4	左記項目に関して当社スペックは184 μ mの為、仕様満たさず削除願います。	「ピクセルサイズは184 μ m以下であること。」に変更いたします。
6	仕様書 【別紙】 12-6	左記項目に関して特定メーカーに起因する技術で公正な入札を阻害する文言となっております。仕様満たさず削除願います。	素材特有のX線吸収特性を考慮した画質調整は、今後の様々なデバイスに対応した画質調整の要素として重要と考えます。「12-6」を「@」に変更、本文を「ヨウ素・鉄・プラチナ・バリウム・タンタル・軟部組織・炭酸ガスなどの特定の材質の視認性を向上機能として各材質特有のX線吸収特性を考慮したX線スペクトルを形成のために5種類以上のパラメータの調整が可能である場合は加点として評価する。」に変更いたします。
7	仕様書 【別紙】 13-2	左記項目に関して当社は最大1.0mmCu当量の被ばく低減用付加フィルタを体厚やプロジェクション角度によらず固定でご使用いただければ被ばく低減を持続できる仕様となり、他社よりも高性能な技術を有しております。仕様満たさず削除願います。	項目を削除いたします。被ばく線量に関しては自由提案で評価いたします。

質 疑 回 答 書

令和 8 年 6 月 19 日

調達機器名：頭腹部用血管造影診断装置

番号	資料名及び 資料内容	質 問	回 答
8	仕様書 【別紙】 13-5	左記項目に関して当社はDAPや空気カーマ率をシミュレーション値にて算出しており、従来の線量計搭載型で行っていた経年による計測誤差が生じず、かつ術者への散乱線被ばくを抑える仕様となり、他社よりも高性能な技術を有しております。仕様満たさず削除願います。	被ばく管理の観点から、誤差の範囲および校正の適正化も踏まえた実測値としての運用が必要と考えていますので、線量計の内蔵が難しい場合にはX線QAアナライザの準備をお願いします。ただし、正確な線量管理ができるのであれば問題ありません。
9	仕様書 【別紙】 14-1-1	左記項目に関してPETの表示機能を有しておりませんが、臨床上問題なくご使用いただけます。 「PET」文言の削除願います。または項目の削除願います。	「PET」の文言を削除いたします。
10	仕様書 【別紙】 14-3-2	左記項目に関して特定メーカーに起因する技術で公正な入札を阻害する文言となっております。 仕様満たさず削除願います。	「14-3-2」を「@」に変更、 本文を「3Dイメージングを用いたバイブレーションの3D ロードマップ機能を有し、Cアーム角度、ズームサイズ、SID、テーブル高低、テーブル頭足方向、左右方向パニングの変更などに正側2方向リアルタイムに追従する機能を有する場合は加点として評価する。」に変更いたします。
11	仕様書 【別紙】 14-4-3	左記項目に関して特定メーカーに起因する技術で公正な入札を阻害する文言となっております。 仕様満たさず削除願います。	術中の4D撮影機能がないようであれば術前の4D-CTデータを用いてAVFなどの症例で瘤の縫縮評価や事前の血行状態の把握、治療方針の決定に必要であり、その評価の精度担保のためにノイズ低減効果が高いシステムでの解析が必要と考えています。 本文後段を「要件を満たさない場合は院内既存のZiosoft社製Zio stationや第2血管造影室のクライアント端末を流用することを可とする。ただし、PhyZiodynamicsを最新バージョンに更新すること。若しくは同等品一式を備えること。」に変更いたします。
12	仕様書 【別紙】 14-4-4	左記項目に関して特定メーカーに起因する技術で公正な入札を阻害する文言となっております。仕様満たさず削除願います。	「14-4-4」を「@」に変更、 本文を「天井懸垂型Cアームスタンドを退避する必要なく3Dデータの取得が可能な撮影機能を有する場合は加点として評価する。」に変更いたします。

質 疑 回 答 書

令和 8年 6月 19日

調達機器名:頭腹部用血管造影診断装置

番号	資料名及び 資料内容	質 問	回 答
13	仕様書 【別紙】 14-5-6	左記項目に関して「1ドラッグ」の機能を有していませんが、臨床上問題なくご使用いただけます。「1ドラッグ」文言の削除願います。または項目の削除願います。	「1ドラッグで」の文言は削除いたします。
14	仕様書 【別紙】 18-5	左記項目は削除を要望した4-9の項目に関わる項目です。項目の削除願います。	仕様書のとおりで願います。

本質疑回答書は、仕様書等の追補とする。